

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |                      |                           |              |      |              |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------|--------------|
| 产品名称                       | 滤芯吸头, 1000ul, 盒装, 无菌 |                           |              | 产品货号 | GTF-1000-S   |
| 包装规格                       | 96 支/盒, 50 盒/箱       |                           |              | 生产批号 | 221027005    |
| 生产日期                       | 2022. 10. 26         | 有效期至                      | 2026. 10. 25 | 检验日期 | 2022. 10. 28 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP          | 检验部门                      | 质控部          | 报告日期 | 2022. 11. 12 |
| 序号                         | 检验项目                 | 标准规定                      |              | 检验结果 |              |
| 1                          | 外观                   | 色泽均匀一致、透明、无明显色差           |              | 符合规定 |              |
|                            |                      | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡     |              | 符合规定 |              |
|                            |                      | 容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺         |              | 符合规定 |              |
| 2                          | 尺寸                   | 应符合图纸中规格                  |              | 符合规定 |              |
| 3                          | 结构                   | 不可有缺料、多料、断裂等现象            |              | 符合规定 |              |
|                            |                      | 无变形                       |              | 符合规定 |              |
| 4                          | 密封性                  | 与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液       |              | 符合规定 |              |
| 5                          | 适配性                  | 与移液设备配套使用, 应有良好的适配性       |              | 符合规定 |              |
| 6                          | 容量                   | 1000ul $\pm$ 1            |              | 符合规定 |              |
| 7                          | 无菌检测                 | 产品灭菌后经检测应为无菌              |              | 符合规定 |              |
| 8                          | 内毒素检测                | 细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml |              | 符合规定 |              |
|                            |                      |                           |              |      |              |
|                            |                      |                           |              |      |              |
| 检验结论                       |                      | 合格                        |              |      |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                      | 检验人:                      | 质检专用章<br>王欣新 | 确认人: | 张相平          |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                      |                           |              |      |              |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                      | 日期:                       | 2022. 11. 12 | 日期:  | 2022. 11. 12 |
| http://www.genever-bio.com |                      |                           |              |      |              |