

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，5ml，大口，适配艾本德，袋装		产品货号		GT-5000A				
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		250331001				
生产日期		2025. 03. 31	有效期至		2030. 03. 30	检验日期		2025. 04. 01		
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2025. 04. 02	
序号	检验项目		标准规定				检验结果			
1	外观		色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
			表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
			容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	尺寸		应符合图纸中规格				符合规定			
3	结构		不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
			无变形				符合规定			
4	密封性		与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定			
5	适配性		与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定			
6	容量		5ml±1				符合规定			
检验结论			江苏为生物技术(江苏)有限公司 合格 质检专用章							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2025. 04. 02		日期：		2025. 04. 02	
http://www.genever-bio.com										