文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	样品管，0.5ml，可立，带平盖，无色，绿盖			**产品货号**	GY01-0005-G
包装规格	100 支/袋，10 袋/箱			**生产批号**	240930025
生产日期	2024.09.30	**有效期至**	2029.09.29	**检验日期**	2024.10.08
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2024.10.09

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷	符合规定
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭	符合规定
		垫圈与管盖、管体配合良好	符合规定
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置 1 小时，无漏液	符合规定
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下 10min，无漏液变形	符合规定
5	离心测试	14000Rcf，离心 20min，不可有开裂、损坏、泄露等	符合规定
6	冷冻性能	经-20℃，24 小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等	符合规定
7	包装	包材、数量正确，包装完好	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

咨询热线：(+86) 400-996-8872

固定电话：(+86) 0523-86266686

http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2024.10.09	日期：	2024.10.09

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章