

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		样品管，1.5ml，可立，带平盖，无色，绿盖（A款）		产品货号		GY11-0015-G	
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		250423001	
生产日期		2025. 04. 23	有效期至	2030. 04. 22	检验日期	2025. 04. 24	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 04. 25	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷				符合规定	
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭				符合规定	
		垫圈与管盖、管体配合良好				符合规定	
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置 1 小时，无漏液				符合规定	
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下 10min，无漏液变形				符合规定	
5	离心测试	14000Rcf，离心 20min，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
6	冷冻性能	经-20℃，24 小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	日期：	2025. 04. 25	确认人：	汤 磊	2025. 04. 25
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							