

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR96 孔板, 0.2ml, 透明, 无裙边		产品货号		PCR-02-96				
包装规格		10 个/袋, 5 袋/箱		生产批号		220321012				
生产日期		2022. 03. 21	有效期至		2026. 03. 20	检验日期		2022. 03. 22		
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2022. 03. 23	
序号	检验项目		标准规定				检验结果			
1	外观		表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷				符合规定			
2	壁厚		壁厚标准规格: 0.180~0.360mm				符合规定			
3	蒸发率		PCR 板≤10%				符合规定			
4	离心		无漏液				符合规定			
5	低温冷藏离心		无漏液				符合规定			
6	负压		PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒, 压力变化范围不超过 80Pa				符合规定			
7	包装		包材、数量正确, 包装完好				符合规定			
8	内毒素检测		细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定			
9	核酸酶检测		阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			
			阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
			待检样品: 条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
检验结论			合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:		质检专用章 王欣新		确认人:		张相平	
咨询热线: (+86) 400-996-8872										
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:		2022. 03. 23		日期:		2022. 03. 23	
http://www.genever-bio.com										