

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管，0.2ml，透明，含平盖		产品货号		PCR-0208-F					
包装规格		125 个/盒，10 盒/箱		生产批号		221005013					
生产日期		2022. 10. 05	有效期至		2026. 10. 04	检验日期		2022. 10. 06			
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2022. 10. 07		
序号	检验项目	标准规定				检验结果					
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定					
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定					
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定					
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定					
		无变形				符合规定					
		密封效果良好				符合规定					
3	容量	0.2ml±0.01				符合规定					
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定					
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定					
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定					
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定					
检验结论		合格 质检专用章									
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验：		确认：		张相平			
咨询热线：(+86) 400-996-8872											
固定电话：(+86) 0523-86266686				日期：		2022. 10. 07		日期：		2022. 10. 07	
http://www.genever-bio.com											