

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		RN 吸头, 300u1, 带滤芯, 盒装, 无菌		产品货号		GT09-0300				
包装规格		96 支/盒, 40 盒/箱		生产批号		241104001				
生产日期		2024. 11. 04	有效期至	2027. 11. 03	检验日期	2024. 11. 06				
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 21				
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定				
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡				符合规定				
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺				符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定				
		无变形				符合规定				
4	密封性	与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液				符合规定				
5	适配性	与移液设备配套使用, 应有良好的适配性				符合规定				
6	容量	300u1±1				符合规定				
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定				
8	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml				符合规定				
检验结论		合格 质 检 专 用 章								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:		王 军		确认人:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872										
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:		2024. 11. 21		日期:		2024. 11. 21	
http://www.genever-bio.com										