

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管，0.2ml，透明，连盖		产品货号		PCR-0208-FC	
包装规格		125 个/盒，10 盒/箱		生产批号		230305001	
生产日期		2023. 03. 05	有效期至	2028. 03. 04	检验日期	2023. 03. 06	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 03. 07	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
		密封效果良好				符合规定	
3	容量	0.2ml±0.01				符合规定	
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定	
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验：	王欣新	确认：	张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2023. 03. 07	日期：	2023. 03. 07	
http://www.genever-bio.com							