

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 管，0.2ml，透明，平盖		产品货号		PCR-02-F			
包装规格		1000 个/袋，10 袋/箱		生产批号		241219001			
生产日期		2024. 12. 19	有效期至	2029. 12. 18	检验日期	2024. 12. 20			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 12. 21			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			符合规定				
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
		密封效果良好			符合规定				
3	容量	0.2ml±0.01			符合规定				
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml			符合规定				
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定				
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾			符合规定				
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验：		王 军		确认：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 12. 21		日期：		2024. 12. 21	
http://www.genever-bio.com									