

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		滤芯吸头，300u1，盒装，无菌			产品货号		GTF-300-S			
包装规格		96 支/盒，50 盒/箱			生产批号		241231016			
生产日期		2024. 12. 31	有效期至	2027. 12. 30		检验日期		2025. 01. 02		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部		报告日期		2025. 01. 17		
序号	检验项目	标准规定					检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差					符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡					符合规定			
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺					符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格					符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象					符合规定			
		无变形					符合规定			
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液					符合规定			
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性					符合规定			
6	容量	300u1±1					符合规定			
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌					符合规定			
8	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准：<0.125 EU/ml					符合规定			
检验结论		合格 质控专用章								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2025. 01. 17		日期：		2025. 01. 17	
http://www.genever-bio.com										