

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |                  |                       |              |      |              |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------|--------------|
| 产品名称                       | 透明吸头, 200u1, 袋装  |                       |              | 产品货号 | GT-200       |
| 包装规格                       | 1000 支/袋, 10 袋/箱 |                       |              | 生产批号 | 230321014    |
| 生产日期                       | 2023. 08. 31     | 有效期至                  | 2028. 08. 30 | 检验日期 | 2023. 09. 01 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP      | 检验部门                  | 质控部          | 报告日期 | 2023. 09. 02 |
| 序号                         | 检验项目             | 标准规定                  |              | 检验结果 |              |
| 1                          | 外观               | 色泽均匀一致、透明、无明显色差       |              | 符合规定 |              |
|                            |                  | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡 |              | 符合规定 |              |
|                            |                  | 容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺     |              | 符合规定 |              |
| 2                          | 尺寸               | 应符合图纸中规格              |              | 符合规定 |              |
| 3                          | 结构               | 不可有缺料、多料、断裂等现象        |              | 符合规定 |              |
|                            |                  | 无变形                   |              | 符合规定 |              |
| 4                          | 密封性              | 与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液   |              | 符合规定 |              |
| 5                          | 适配性              | 与移液设备配套使用, 应有良好的适配性   |              | 符合规定 |              |
| 6                          | 容量               | 200u1±1               |              | 符合规定 |              |
|                            |                  |                       |              |      |              |
|                            |                  |                       |              |      |              |
|                            |                  |                       |              |      |              |
|                            |                  |                       |              |      |              |
| 检验结论                       |                  | 合格                    |              |      |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                  | 检验人:                  | 王欣新          | 确认人: | 张相平          |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                  |                       |              |      |              |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                  | 日期:                   | 2023. 09. 02 | 日期:  | 2023. 09. 02 |
| http://www.genever-bio.com |                  |                       |              |      |              |