

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，10ml，大口，适配赛默飞，袋装		产品货号		GT-10000			
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		240726002			
生产日期		2024. 07. 26	有效期至	2029. 07. 25	检验日期	2024. 07. 27			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 07. 28			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形				符合规定			
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定			
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定			
6	容量	10ml±1				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 07. 28		日期：		2024. 07. 28	
http://www.genever-bio.com									