

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |       |                        |      |              |              |      |           |              |              |  |
|----------------------------|-------|------------------------|------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|--|
| 产品名称                       |       | PCR 384 孔板，40ul，透明，全裙边 |      |              | 产品货号         |      | PCR-384   |              |              |  |
| 包装规格                       |       | 10 个/袋，5 袋/箱           |      |              | 生产批号         |      | 250102003 |              |              |  |
| 生产日期                       |       | 2025. 01. 02           | 有效期至 | 2030. 01. 01 |              | 检验日期 |           | 2025. 01. 03 |              |  |
| 检验依据                       |       | 检验标准指导书 SIP            | 检验部门 | 质控部          |              | 报告日期 |           | 2025. 01. 04 |              |  |
| 序号                         | 检验项目  | 标准规定                   |      |              |              | 检验结果 |           |              |              |  |
| 1                          | 外观    | 色泽均匀一致、透明、无明显色差        |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡   |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       | 容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺       |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
| 2                          | 结构    | 不可有缺料、多料、断裂等现象         |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       | 无变形                    |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
| 3                          | 尺寸    | 应符合图纸中规格               |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
| 4                          | 容量    | 40ul ± 1               |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
| 5                          | 内毒素检测 | 细菌内毒素含量检测标准：≤0.05EU/ml |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
| 6                          | 核酸酶检测 | 阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带    |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       | 阴性对照：条带清晰可见、无拖尾        |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       | 待检样品：条带清晰可见、无拖尾        |      |              |              | 符合规定 |           |              |              |  |
|                            |       |                        |      |              |              |      |           |              |              |  |
|                            |       |                        |      |              |              |      |           |              |              |  |
| 检验结论                       |       | 合格                     |      |              |              |      |           |              |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |       |                        | 检验人： |              | 王 军          |      | 确认人：      |              | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |       |                        |      |              |              |      |           |              |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |       |                        | 日期：  |              | 2025. 01. 04 |      | 日期：       |              | 2025. 01. 04 |  |
| http://www.genever-bio.com |       |                        |      |              |              |      |           |              |              |  |