

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	PCR 384 孔板, 40ul, 白色, 全裙边			产品货号	PCR-384W
包装规格	10 个/袋, 5 袋/箱			生产批号	241116031
生产日期	2024. 11. 16	有效期至	2029. 11. 15	检验日期	2024. 11. 17
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 18
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
4	容量	40ul ± 1			符合规定
5	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准: ≤0.05EU/ml			符合规定
6	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024. 11. 18	日期:	2024. 11. 18
http://www.genever-bio.com					