

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                      |              |              |      |              |  |
|----------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|------|--------------|--|
| 产品名称                       |      | 透明吸头，200ul，袋装        |              | 产品货号         |      | GT-200       |  |
| 包装规格                       |      | 1000 支/袋，10 袋/箱      |              | 生产批号         |      | 241016001    |  |
| 生产日期                       |      | 2024. 10. 16         | 有效期至         | 2029. 10. 15 | 检验日期 | 2024. 10. 17 |  |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP          | 检验部门         | 质控部          | 报告日期 | 2024. 10. 18 |  |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                 |              |              | 检验结果 |              |  |
| 1                          | 外观   | 色泽均匀一致、透明、无明显色差      |              |              | 符合规定 |              |  |
|                            |      | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡 |              |              | 符合规定 |              |  |
|                            |      | 容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺     |              |              | 符合规定 |              |  |
| 2                          | 尺寸   | 应符合图纸中规格             |              |              | 符合规定 |              |  |
| 3                          | 结构   | 不可有缺料、多料、断裂等现象       |              |              | 符合规定 |              |  |
|                            |      | 无变形                  |              |              | 符合规定 |              |  |
| 4                          | 密封性  | 与移液设备配套使用，密封好，无漏液    |              |              | 符合规定 |              |  |
| 5                          | 适配性  | 与移液设备配套使用，应有良好的适配性   |              |              | 符合规定 |              |  |
| 6                          | 容量   | 200ul±1              |              |              | 符合规定 |              |  |
|                            |      |                      |              |              |      |              |  |
|                            |      |                      |              |              |      |              |  |
|                            |      |                      |              |              |      |              |  |
|                            |      |                      |              |              |      |              |  |
| 检验结论                       |      | 合格                   |              |              |      |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人：                 | 王 军          |              | 确认人： | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |      |                      |              |              |      |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |      | 日期：                  | 2024. 10. 18 |              | 日期：  | 2024. 10. 18 |  |
| http://www.genever-bio.com |      |                      |              |              |      |              |  |