

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PCR 封板膜, 荧光定量, 透明			产品货号	SF-1002
包装规格	100 张/盒			生产批号	220723011
生产日期	2022. 07. 23	有效期至	2027. 07. 22	检验日期	2022. 07. 24
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 07. 25
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	亲水性	TC 处理后, 测量接触角			符合规定
4	包装	包材数量正确, 包装完好			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022. 07. 25	日期:	2022. 07. 25
http://www.genever-bio.com					