

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	酶标板，黑色中结合力，带盖			产品货号	GM02-96M
包装规格	25 个/袋，4 袋/箱			生产批号	230912005
生产日期	2023. 09. 12	有效期至	2028. 09. 11	检验日期	2023. 09. 13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 14
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷			符合规定
2	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm			符合规定
3	配合	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动			符合规定
4	ELISA	CV 值 $\leq$ 10%			符合规定
5	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定
6	外箱	外箱完好无损，标签信息正确无误，产品数量及包装方式正确			符合规定
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王 军	确认人:	汤 磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 09. 14	日期:	2023. 09. 14
http://www.genever-bio.com					