

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |               |                             |              |      |              |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 产品名称                       | 酶标板，黑色高结合力，带盖 |                             |              | 产品货号 | GM02-96H     |
| 包装规格                       | 25 个/袋，4 袋/箱  |                             |              | 生产批号 | 230912004    |
| 生产日期                       | 2023. 09. 12  | 有效期至                        | 2028. 09. 11 | 检验日期 | 2023. 09. 13 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP   | 检验部门                        | 质控部          | 报告日期 | 2023. 09. 14 |
| 序号                         | 检验项目          | 标准规定                        |              |      | 检验结果         |
| 1                          | 外观            | 产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷  |              |      | 符合规定         |
| 2                          | 平整度           | 每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm       |              |      | 符合规定         |
| 3                          | 配合            | 酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动 |              |      | 符合规定         |
| 4                          | ELISA         | CV 值 $\leq$ 10%             |              |      | 符合规定         |
| 5                          | 包装            | 包材、数量正确，包装完好                |              |      | 符合规定         |
| 6                          | 外箱            | 外箱完好无损，标签信息正确无误，产品数量及包装方式正确 |              |      | 符合规定         |
| 7                          | 内毒素检测         | 《细菌内毒素检验规范》                 |              |      | 符合规定         |
| 8                          | 核酸酶检测         | 《核酸酶检验规范》                   |              |      | 符合规定         |
|                            |               |                             |              |      |              |
|                            |               |                             |              |      |              |
|                            |               |                             |              |      |              |
|                            |               |                             |              |      |              |
| 检验结论                       |               | 合格                          |              |      |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |               | 检验人:                        | 质检专用章<br>王 军 | 确认人: | 汤 磊          |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |               |                             |              |      |              |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |               | 日期:                         | 2023. 09. 14 | 日期:  | 2023. 09. 14 |
| http://www.genever-bio.com |               |                             |              |      |              |