

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		酶标板(可拆卸 B 款), 透明, 无盖		产品货号		GM01-96B	
包装规格		5 个/袋, 20 袋/箱		生产批号		230912003	
生产日期		2023. 09. 12	有效期至	2028. 09. 11	检验日期	2023. 09. 13	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 14	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷				符合规定	
2	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm				符合规定	
3	配合	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好, 无装配过紧或明显松动				符合规定	
4	ELISA	CV 值≤10%				符合规定	
5	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合规定	
6	外箱	外箱完好无损, 标签信息正确无误, 产品数量及包装方式正确				符合规定	
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定	
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	汤磊	汤磊	汤磊	汤磊	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872							
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 09. 14	日期:	2023. 09. 14	日期:	2023. 09. 14
http://www. genever-bio. com							