

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		EP 离心管, 1.5ml, 锥形底, 无盖		产品货号		GC03-0015			
包装规格		500 个/袋, 10 袋/箱		生产批号		250528002			
生产日期		2025. 05. 28	有效期至	2030. 05. 27	检验日期	2025. 05. 29			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 05. 30			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	表面应光洁, 不缺胶、缩水, 平整不变形, 无明显黑点				符合规定			
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边							
		管体透明, 计量刻度准确, 字迹清楚, 线条清晰							
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质							
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min				符合规定			
		离心后, 管体应不变形、不破裂							
3	壁厚	锥底中部壁厚≥0.75				符合规定			
4	容量误差	应控制在标示容量的±3%范围内				符合规定			
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象				符合规定			
		管体密封性能良好, 操作中无液体泄露							
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器, 经 121℃30min 后, 应无变形与损伤				符合规定			
7	耐低温性能	放入 - 80℃冰箱中, 放置 24h 后, 应无变形与损伤				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:		王 军		确认人:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872									
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2025. 05. 30		日期:		2025. 05. 30	
http://www.genever-bio.com									