

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，200u1，袋装		产品货号		GT-200		
包装规格		1000 支/袋，10 袋/箱		生产批号		250528003		
生产日期		2025. 05. 28	有效期至	2030. 05. 27	检验日期	2025. 05. 29		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 05. 30		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定		
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定		
		无变形				符合规定		
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液				符合规定		
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性				符合规定		
6	容量	200u1±1				符合规定		
检验结论		合格 江苏为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人： 王 军		确认人： 汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期： 2025. 05. 30		日期： 2025. 05. 30			
http://www.genever-bio.com								