

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		酶标板，黑色透明底 96 孔中结合力，无盖		产品货号		GM04-96M			
包装规格		20 个/袋，10 袋/箱		生产批号		231016002			
生产日期		2023. 10. 16	有效期至		2028. 10. 15	检验日期		2023. 10. 17	
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2023. 10. 18
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷				符合规定			
2	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm				符合规定			
3	配合	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动				符合规定			
4	ELISA	CV 值≤10%				符合规定			
5	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
6	外箱	外箱完好无损，标签信息正确无误，产品数量及包装方式正确				符合规定			
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定			
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 10. 18		日期：		2023. 10. 18	
http://www.genever-bio.com									