

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|-------|-------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |       | 广口试剂瓶，500ml，透明，PP，无菌    |      | 产品货号         |      | GE01-0500S   |  |              |  |
| 包装规格                       |       | 12 个/袋，10 袋/箱           |      | 生产批号         |      | 20250310     |  |              |  |
| 生产日期                       |       | 2025. 03. 10            | 有效期至 | 2028. 03. 09 | 检验日期 | 2025. 03. 12 |  |              |  |
| 检验依据                       |       | 检验标准指导书 SIP             | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2025. 03. 27 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目  | 标准规定                    |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观    | 黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个     |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 无油污、无异色                 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 无裂痕/拉伤、无划伤              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 无色差、无气泡/穿孔              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 无缩水/变形、无缺料              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 浇口/毛刺≤0.3mm             |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 2                          | 尺寸    | 应符合图纸中规格                |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 密封性   | 抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 包装    | 包材、数量正确，包装完好            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 无菌检测  | 产品灭菌后经检测应为无菌            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 6                          | 内毒素检测 | 《细菌内毒素检验规范》             |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |       | 合格                      |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |       | 检验人：                    |      | 质检专用章<br>王 军 |      | 确认人：         |  | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |       | 日期：                     |      | 2025. 03. 27 |      | 日期：          |  | 2025. 03. 27 |  |
| http://www.genever-bio.com |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |